



Protocolo 53.704/2026

Acompanhe via internet em <https://bc.1doc.com.br/atendimento/> usando o código: 796.817.818.142.026.396

Situação geral em 22/06/2026 17:04: Em tramitação interna

Beatriz Feliciano da Silva Mazoni

licitacoes@proscience.com.br · 11 3197-2868

CPF 488.XXX.XXX-25

CC

SEGOV - DITI - DGOVEI - DEPE - Protocolo Geral

SECC - DPL - PRG - Pregoeiros

Para

SECC - DPL - PRG...

4 setores envolvidos

SECC - DPL - PRG

SEGOV - DITI - D...

SECC - COORCSAU

SMS - LAB

Entrada*: Site

Contatos participantes:

1.

Responsável Técnico

18/06/2026 17:23

SECOP - DPL - PRG - Pregoeiros - Pedido de Esclarecimento de Edital de Licitação

Esclarecimentos PE 065/2026_MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ-SC_Abertura 30/06/2026

Gostaríamos de solicitar esclarecimentos referentes às especificações técnicas do produto solicitado.

Item 7 – Homogeneizador

- Solicitamos informar qual o tipo e o volume do tubo utilizado na rotina para o equipamento solicitado.

Os esclarecimentos são de suma importância para ampliar a oferta e a competitividade do item, bem como para a disponibilização do produto adequado.

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas

18/06/2026 17:23:22

E-mail para licitacoes@proscience.com.br

E-mail entregue, lido, clicado (4)

18/06/2026 17:25:13

Beatriz Feliciano da Silva Mazoni assinou digitalmente **Protocolo 53.704/2026** com o certificado **BEATRIZ FELICIANO DA SILVA MAZONI CPF 488.XXX.XXX-25** conforme **MP nº 2.200/2001**.

**Despacho 1-
53.704/2026**

18/06/2026 17:48

(Respondido)

À Pregoeira designada.

RENATO L.

SECC - DPL - PRG

SECC - DPL - PRG...

A/C Tatiani K.

CC

—
Renato Fogar Lopes
 Agente de Contratação
 Portaria nº 32.515/2025

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

18/06/2026 17:48:16

E-mail para licitacoes@proscience.com.br

E-mail entregue (1) ←

Despacho 2- 53.704/2026

18/06/2026 18:00

(Encaminhado)

Tatiani K.

SECC - DPL - PRG

SECC - COORCSAU ...

A/C Cláudia M.

CC

Prezada **Claudia Machado - SECC - COORCSAU** boa tarde!

Segue pedido de esclarecimento referente o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 065/2026 – PMBC - COMPRASGOV Nº 90061/2026, que trata do Registro de Preços visando aquisição de equipamentos destinados ao Laboratório Municipal.

Atenciosamente,

—
Tatiani Kochinski
 Auxiliar Administrativo
 Matrícula 13374
 Agente de Contratação
 Portaria 32.515/2025

[i EDITAL.pdf](#) (5,63 MB)

7 downloads

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

18/06/2026 18:00:31

E-mail para licitacoes@proscience.com.br

E-mail entregue, lido (3) ←

Despacho 3- 53.704/2026

19/06/2026 14:45

(Encaminhado)

Humberto B.

SECC - COORCSAU

Segue pedido de esclarecimento.

—
Humberto Andrada Bernardes
 Analista Administrativo II
 Secretaria de Saúde

SMS - LAB - Labo...

A/C Deise R.
CC

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

19/06/2026 14:45:22

E-mail para licitacoes@proscience.com.br

E-mail entregue (1)

19/06/2026 14:45:31

Humberto Andrada Bernardes SECC - COORCSAU arquivou.

**Despacho 4-
53.704/2026**

22/06/2026 07:43

(Respondido)

Deise R. SMS - LAB

Envolvidos internos
acompanhando
CC

Prezados,

O tubo utilizado é o tubo de hemólise 13 x 75 mm, com volume de até 5 ml.

At.te

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

22/06/2026 07:43:20

E-mail para licitacoes@proscience.com.br

E-mail entregue (1)

22/06/2026 07:47:28

Humberto Andrada Bernardes SECC - COORCSAU arquivou.

**Despacho 5-
53.704/2026**

22/06/2026 08:09

(Respondido)

Deise R. SMS - LAB

Envolvidos internos
acompanhando
CC

A descrição detalhada do item seria:

Homogeneizador horizontal com movimento em 360° em torno do eixo. Capacidade para no mínimo 20 tubos com presilhas de inox ajustáveis para diversos diâmetros. Para tubos de 13 x 75 mm. Acabamento em pintura eletrostática para maior durabilidade. Tensão de 220 V ou bivolt. Controle de velocidade ajustável de 0 a 25 rpm, no mínimo.

At.te

—
Deise Alexandra de Souza Vieira
farmaceutica bioquimica

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

22/06/2026 08:09:06

E-mail para licitacoes@proscience.com.br

E-mail entregue (1)

**Despacho 6-
53.704/2026**

22/06/2026 10:30

(Respondido)

Tatiani K.

SECC - DPL - PRG

SMS - LAB - Labo...

A/C Deise R.

CC

Prezada Dra. Deise Alexandra De Souza Vieira Romeiro - SMS - LAB bom dia!

A descrição enviada no Termo de referência para o item 6 - Homogeneizador foi:

177484 - Homogeneizador de tubos Equipamento para homogeneização de tubos laboratoriais com capacidade mínima para 20 tubos de ensaio (12 x 110 mm), estrutura robusta para uso laboratorial contínuo e alimentação 220V ou bivolt.

Valor unitário R\$ 2.452,62.

Dessa forma, questiono de haverá errata para o respectivo item.

Atenciosamente,

—
Tatiani Kochinski

Auxiliar Administrativo

Matrícula 13374

Agente de Contratação

Portaria 32.515/2025

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas

22/06/2026 10:30:56

E-mail para licitacoes@proscience.com.br

E-mail entregue (1)

Despacho 7- 53.704/2026

22/06/2026 12:29

(Respondido)

Deise R. SMS - LAB

Envolvidos internos
acompanhando
CC

Prezada Tatiani,

Peço que seja feita uma errata para este item sim, os demais estão com as descrições corretas.

Item 6 - Homogeneizador horizontal com movimento em 360° em torno do eixo. Capacidade para no mínimo 20 tubos com presilhas de inox ajustáveis para diversos diâmetros. Para tubos de 13 x 75 mm. Acabamento em pintura eletrostática para maior durabilidade. Tensão de 220 V ou bivolt. Controle de velocidade ajustável de 0 a 25 rpm, no mínimo.

Grata,

—
Deise Alexandra de Souza Vieira
farmaceutica bioquimica

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas

22/06/2026 12:29:37

E-mail para licitacoes@proscience.com.br

E-mail entregue (1)

Despacho 8-**53.704/2026**

22/06/2026 13:16

(Respondido)

Tatiani K.

SECC - DPL - PRG

SECC - COORCSAU ...

A/C *Claudia M.*

CC

Dra. Deise Alexandra De Souza Vieira Romeiro - SMS - LAB boa tarde!

A errata será efetuada!

Prezada Claudia Machado - SECC - COORCSAU boa tarde!

Solciito a gentileza de verificar se haverá alteração no valor.

Atenciosamente,

—
Tatiani Kochinski*Auxiliar Administrativo**Matrícula 13374**Agente de Contratação**Portaria 32.515/2025*

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

22/06/2026 13:16:57

E-mail para licitacoes@proscience.com.br

E-mail entregue (1)

Despacho 9-**53.704/2026**

22/06/2026 14:14

(Respondido)

Claudia M.

SECC - COORCSAU

Envolvidos internos
acompanhando

CC

Tatiani Kochinski - SECC - DPL - PRG

Considerando que a principal variação entre os modelos pesquisados refere-se apenas à capacidade de acomodação de tubos (capacidade mínima para 20 tubos), conclui-se que tal diferença não impacta significativamente o valor de mercado do equipamento. Dessa forma, o valor estimado obtido na pesquisa de preços pode ser mantido como referência para a contratação, por representar adequadamente os preços praticados para equipamentos com especificações equivalentes.

—
Claudia Machado*Farmacêutica SMS**Setor Compras SMS*

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

22/06/2026 14:14:07

E-mail para licitacoes@proscience.com.br

E-mail entregue, lido (2)

Despacho 10-**53.704/2026**

Prezada Beatriz boa tarde!

22/06/2026 17:04

(Respondido)

Tatiani K.

SECC - DPL - PRG

Beatriz Feliciano da Silva Mazoni

licitacoes@proscience.com.br · 11 3197-2868 CC

Segue 1ª alteração do edital. Em face da modificação da especificação do item 06, a abertura da licitação foi prorrogada para dia 06/07/2026.

Atenciosamente,

Tatiani Kochinski
Auxiliar Administrativo
Matrícula 13374
Agente de Contratação
Portaria 32.515/2025

1_ALTERACAO_DO_EDITAL.pdf (4,55 MB)

0 downloads

Quem já visualizou?

0 pessoas

22/06/2026 17:04:57

E-mail para licitacoes@proscience.com.br

Enviando



Prefeitura de Balneário Camboriú - Rua Dinamarca, nº 320 Nações, Balneário Camboriú — SC CEP: 88338-900 • 1Doc • www.1doc.com.br
Impresso em 22/06/2026 17:04:57 por Tatiani Kochinski - Auxiliar Administrativo Matrícula 13374 Agente de Contratação Portaria 30.560/2024 (matrícula 13374)



Este documento contém assinatura digital, realizada por BEATRIZ FELICIANO DA SILVA MAZONI CPF 488.XXX.XXX-25. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 09C4-643A-9E0A-592D

